elma clean 55

Zasadowy koncentrat do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi medycznych i stomatologicznych; rotacyjnych narzędzi precyzyjnych i endoskopów. Nie zawiera aldehydów i fenoli.

elma product info

Koncentrat do dezynfekcji i czyszczenia w kąpieli ultradźwiękowej, zanurzeniowej i w termodezynfektorach. Przeznaczony do czyszczenia narzędzi medycznych i przyrządów chirurgicznych, w tym, szczególnie do rotacyjnych narzędzi precyzyjnych (wiertła, frezy, polerki, narzędzia do opracowywania kanałów) i endoskopów. Usuwa krew, białka, ślinę, pozostałości tkanek i kości. Odpowiedni do stali nierdzewnej, stali oraz elementów diamentowych, tworzyw sztucznych i ceramiki. Nieodpowiedni do aluminium i stopów metali lekkich. Spełnia wymóg VAH (Niemcy) i RKI (Instytut Roberta Kocha w Niemczech). Certyfikowany przez: certyfikat zgodności WE 004804MR2, jednostka notyfikowana: CE 0297.

Stosowanie i dozowanie

Dozowanie i czas ekspozycji: dezynfekcja (potwierdzona opinia lekarską) w kąpieli zanurzeniowej w roztworze o stężeniu 2% w temperaturze pokojowej po 15 minutach: działanie grzybobójcze, bakteriobójcze (także prątkobójcze); wirusobójcze (efekt ograniczony zgodny z wymogami RKI, to znaczy ma zastosowanie do wirusów z otoczką takich jak HCV, HIV, HBV). Po 5 minutach działanie grzybobójcze, wirusobójcze (efekt ograniczony zgodny z wymogami RKI), bakteriobójcze (z wyłączeniem prątkobójczego). Czyszczenie: 20 – 70 °C. Pozostałości świeżej krwi i białek czyścić w temperaturze poniżej 42°C. Po zakończeniu dezynfekcji i czyszczenia wypłukać narzędzia pod strumieniem wody. Okres trwałości zastosowanego roztworu wynosi 8 dni.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Preparat EC 55 jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 [GHS] (powoduje oparzenie skóry i uszkodzenie oczu, toksyczność ostra: szkodliwy, toksyczny dla konkretnych organów przy powtarzającym się narażeniu), powoduje korozje metali [aluminium i metale lekkie], niebezpieczny dla środowiska wodnego). Należy przestrzegać wskazówek podanych w karcie charakterystyki substancji chemicznej i zawsze używać z należytą ostrożnością.

Charakterystyka fizykochemiczna

Gęstość: 1,01 - 1,02 g / l, pH ~ 11,5 w pierwotnym stanie. Składniki wg załącznika VII A Rozporządzenia WE nr 648/2004 w sprawie detergentów: 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5% fosforany, środki dezynfekcyjne, zapachy. Środki powierzchniowo czynne w preparacie spełniają kryteria biodegradacji określone w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów. Składniki dezynfekcyjne w 100g: 12,6 g Trialkilotoksyamonopropionian, 14 g Tert. Alkiloaminy.

Postępowanie z odpadami

Pozostałości po kąpieli czyszczącej mogą być wprowadzane do kanalizacji publicznej po neutralizacji; należy przestrzegać lokalnych dopuszczalnych wartości pH i upewnić się, że zanieczyszczenia zawarte w kąpieli są zgodne z obowiązującymi przepisami w sprawie ścieków. W celu neutralizacji w łaźni ultradźwiękowej należy stosować kwas octowy lub kwas cytrynowy, nie stosować kwasu solnego lub kwas siarkowego. Europejski kod odpadu: 07 06 99 * - inne niewymienione odpady, 20 01 29 * - detergenty zawierające substancje niebezpieczne; 15 01 10 * - opakowania zawierające pozostałości lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Forma dostawy, magazynowanie i transport

Dostępne pojemności: 1-litrowa butelka PET. Przechowywać tylko w dokładnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze pomiędzy od 0°C do + 35 °C, w wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed ciepłem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Nie przechowywać z jedzeniem, karmą dla zwierząt, silnymi kwasami i utleniaczami. Trzymać w zamknięciu lub z dostępem tylko dla specjalistów i osób przez nich wskazanych. Trwałość: 3 lat od daty produkcji (patrz pieczęć na opakowaniu). Klasyfikacja dla wszystkich środków transportu: Klasa 8, UN 1903.

Producent:
Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 17, D-78224 Singen
e-mail: info@elma-ultrasonic.com

Tel.: +49 7731 882-0
Fax: +49 7731 882-266
www.elma-ultrasonic.com

Dystrybutor:
P.H.U MEDICAL
Al. Piłsudskiego 8, 18-400 Łomża
e-mail: elmasonic.info@gmail.com

Tel. (086)218-81-87
Tel/fax.(086)218-84-87
www.elma-polska.pl